Świętochłowice, dn. 16.11.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na na zakup i dostawę urządzenia do wspomagania oddechu wraz z wyposażeniem, znak sprawy 31/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Załącznik Nr 1
PARAMETRY I WARUNKI
URZĄDZENIE DO WSPOMAGANIA ODDECHU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do wspomagania oddechu z zakresem ciśnienia w układzie oddechowym 1 - 13 cmH2O? Oferowana wartość tylko nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i nie wpłynie negatywnie na zakres zastosowania oferowanego urządzenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Załącznik Nr 1
PARAMETRY I WARUNKI
KOMPRESOR MEDYCZNY DO ZAOPATRZENIA APARATURY MEDYCZNEJ W SPRĘŻONE POWIETRZE
Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kompresor medyczny bez alarmów: chłodzenia, niskiego ciśnienia oraz utraty mocy?

Odp.: Zgodnie z SWKO.