Świętochłowice, 02.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.", znak sprawy 21/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Pakiet 11 Kardiomonitor

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem SpO2 w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor OxiMax, z zakresem pulsu: 20-300 bpm z dokładnością +/- 3 bpm, z funkcją sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 oraz bez wyświetlania wskaźnika perfuzji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 4 Diatermia chirurgiczna

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania monopolarnych elektrod igłowych prostych, o wymiarach 1 x 22mm, dł 62mm 2 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 5

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania monopolarnych elektrod igłowych prostych, wolframowych 0,5 x 2mm, dł 59 mm 2 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 6

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania monopolarnych elektrod igłowych zagiętych, wolframowych 0,5 x 2mm, dł 56 mm 2 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 7

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania monopolarnych elektrod igłowych wolframowych, jednorazowego użytku o wymiarach 0,9 x 19mm, długość całkowita 70mm w opakowaniach po 10 szt. – 1 opakowanie

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 8

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania monopolarnych elektrod igłowych przedłużonych, o wymiarach ostrza 0,8 x 13mm, długość całkowita 136mm – 10 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 10

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania pincety bipolarnej zagiętej , końcówka 0,5mm długość 11cm – 1 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 13

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania elektrody neutralnej jednorazowego użytku, dzielonej po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dorosłych i dzieci powyżej 5kg , w opakowaniach handlowych po 100 szt. Elektrod - 1 opakowanie

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakietu 14, punkt 37 Wyposażenie , akapit 14

Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania kabla wielorazowego użytku o długości 4,5m do elektrod neutralnych jednorazowego użytku, kompatybilnego z oferowaną Diatermią Chirurgiczną – 1 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet nr 9 Łóżko porodowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe o wymiarach zewnętrznych 2060 x 1030 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe o konstrukcji niepokrytej lakierem antybakteryjnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją segmentu oparcia nóg w zakresie 0-30°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +- 12°?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe wyposażone w szczyty od strony głowy i nóg nieporuszające się z segmentami leża?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z możliwością zamontowania stojaka kroplówki w dwóch narożach od strony głowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 230 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet nr 15 wózek transportowy do przewożenia pacjentów

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości 600-930 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet nr 15

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w ograniczniki materaca umieszczone z boków wózka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza jako dodatkowe przy obecności ograniczników z przodu i z tyłu.

Pytanie 20

Pakiet nr 15

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający wyprofilowane miejsce na butlę gazową w estetycznej, tworzywowej osłonie podwozia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet nr 4 Stół operacyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu regulowanego w zakresie 750-1080mm (z materacem)? Parametr w dolnym zakresie różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu, natomiast w górnej granicy spełnia oczekiwania Zamawiającego. Oferowany stół (poza tym jednym parametrem) spełnia wszystkie parametry określone w załączniku nr 1 dla pakietu nr 4.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet nr 6 Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach 3800 – 4400 - 5000K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet nr 6 Lampa zabiegowa LED

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach 3800 – 4400 - 5000K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.