

Świętochłowice, 10.12.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 37/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie nr 4 poz. 1** próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) śr. miseczki 64 mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” śr. miseczki 50mm wyginająca się o 90 stopni w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Odp.: Tak.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 17 i 18

W pozycji 17 i 18 Zamawiający wystawił ten sam asortyment z tym że w pozycji 17 na sztuki a w pozycji 18 na komplety. Prosimy o wyjaśnienie (towar z reguły sprzedawany na sztuki).

Odp.: Pozycja wzierniki j.u komplet - 10 - do wykreślenia. Zostaje tylko 800 sztuk.