

Świętochłowice, 06.12.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych, znak sprawy 37/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez prawa do roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wierzycelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych wierzycelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym za pomocą faksu lub drogą mailową Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 2 dni roboczych od chwili uznania reklamacji.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto gdy Zamawiający wypowiedzie umowę ze skutkiem natychmiastowym,”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto gdy Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz odpowiednio z 20% na 10%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 3, 4, 5

Prosimy o możliwość zaoferowania 10 szt. pętli wraz z osłonką (oprawą), o śr. pętli 35 mm i dł. narzędzia 230 cm lub o wydzielenie poz. 3, 4, 5 do oddzielnego pakietu np. 5A.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wydziela.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie pętli o średnicach 35, 25 i 20 mm (w zamian za 35, 25, 15 mm).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 5, poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Pytanie 14

Zadanie 5, poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 3,4 mm, łyżeczki okrągłe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie 5, poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 3,0 mm, łyżeczki owalne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie 5, poz. 14.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarach 15, 25, 30 i 45 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Zadanie 5, poz. 15.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków z ni tinolu, drutu równoległe, wymiary kosza rozłożonego 25 mm x 45 mm, koszyk złożony o długości ok. 60 mm, długość robocza 215 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie 9, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o pojemności minimum 9 mm sześć., szerokości rozwarcia łyżeczek minimum 6,7 mm, długość szczęk minimum 4 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie 9, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie woreczka o średnicy 30 mm, średnica narzędzia 2,4 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

PAKIET 11 – Zestawy do znieczulenia lędźwiowego jednorazowe

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pakowanego w sztywną tackę typu blister z 2 wgłębieniami na płyny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

PAKIET 11 – Zestawy do znieczulenia lędźwiowego jednorazowe

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi chirurgicznych wykonanych z matowej stali nierdzewnej, posiadających oznaczenie jednorazowości naniesione w sposób trwały i nieusuwalny przynajmniej z jednej strony narzędzia, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15223-1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

PAKIET 12 – Zestawy do wkłucia centralnego

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pakowanego w sztywną tackę typu blister z 2 wgłębieniami na płyny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

PAKIET 12 – Zestawy do wkłucia centralnego

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi chirurgicznych wykonanych z matowej stali nierdzewnej, posiadających oznaczenie jednorazowości naniesione w sposób trwały i nieusuwalny przynajmniej z jednej strony narzędzia, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15223-1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Pytania do umowy: §5 ust. 1 a, b, c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych z „w wysokości 5% szacunkowej wartości brutto umowy” na „w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Część 1 – Różny sprzęt, poz. 2, poz. 17

Prosimy o wyłączenie z pakietu wskazanych pozycji, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert większej ilości Wykonawców.


Odp.: Zamawiający **WYKREŚLA** pozycje 2 oraz 17 z Pakietu 1.

Pytanie 26

Dotyczy pozycji 3 Próżnościąg położniczy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie próżnościągu położniczego jednorazowego z pelotą o niskim profilu typu Kiwi OmniCup o średnicy 55mm ?

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta FB	75x45cm	1
serweta o gramaturze 56 g/m ² 50x60cm z otworem 10cm	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml Luer Lock	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 cm	1

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m ²	45x75cm	1
serweta z laminatu o gramaturze 56 g/m ² 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dot. Pakietu nr 11,12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu o nietoksyczności farby ?

Odp.: Tylko w przypadku, kiedy narzędzia nie są znakowane z wykorzystaniem farby.

Pytanie 30

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o dodanie do §2 ust. 9 sformułowania: „o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o zmianę §3 ust. 3 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1d) do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Prosimy Zamawiającego o naliczanie kar umownych zawartych w §5 ust. 1a) od części umowy wykonanej nienależycie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Prosimy Zamawiającego o dodanie do §8 ust. 2 pkt 2 sformułowania: „w takim przypadku zmianie ulegnie kwota VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W §2 ust. 3 wykreśla się „12 miesięcy”, w związku z czym §2 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie:
„3. Czas trwania umowy – od daty zawarcia, tj. od dnia **2018 r.** do dnia **22.10.2019 r.**”