

Świętochłowice, 12.12.2018 r.

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: postępowania na dostawę rękawic medycznych, znak sprawy 38/ZA/18**

**SPROSTOWANIE: Zamawiający informuje, że w pakiecie 2 i 3 oczekuje zaofiarowania rękawic diagnostycznych niesterylnych.**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1**

**Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpydrowe, teksturowane na końcach palców. Jednorazowe zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4. Długość min. 240mm, grubość na mankiecie 0,04 mm, na dłoni 0,06 mm, na końcach palców 0,09mm. Zgodne z dyrektywą PPE 89/686/EWG, kategoria III. Wyrób medyczny klasa I, zgodne z MDD 93/42/EWG. Rękawice przeznaczone również do kontaktu z żywnością-piktogramy umieszczone na opakowaniu. Zgodne z normą EN374-1:2016 Typ B), EN374-4:2013, EN455 (1-4). AQL<1,5. Zgodne z EN ISO 374-5:2016, rękawice chronią przed wirusami, bakteriami i grzybami zgodnie z ISO 16604-B:ASTM 1671-13. Pełnią funkcję ochronną zgodnie z EN 420:2010. Przebadane na przenikania min. 7 cytostatyków z wynikiem na poziomie min. 5. Rozmiary XS do XL. Opakowanie 100 szt.?

**Odp.:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

**Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpydrowe, kształt uniwersalny, w kolorze niebieskim, z mankietem rolowanym, z powierzchnią zewnętrzną mikro-teksturowaną na końcach palców, o długości min. 300 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm, AQL <1,5, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1;2003, przebadane na przenikanie substancji chemicznych EN 374-2 (poziom min.2), zgodne z EN ISO 374-5:2016 (zapewniają ochronę przed wirusami, bakteriami i grzybami), pełnią funkcję ochronną zgodnie z EN 420:2010, przebadane na przenikanie min. 7 cytostatyków z wynikiem na poziomie min. 5. Rozmiar od S do XL x 100 szt.?

**Odp.:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim o grubości na palcu 0,10mm ( $\pm 0,01$  mm), dłoni 0,08mm ( $\pm 0,01$  mm), i mankiecie 0,06mm ( $\pm 0,01$  mm)?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych a'200 szt. (XS-L) oraz a'180szt(XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 5**

#### **Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normami ASTM F1671 i EN – 374 – 3 potwierdzonymi badaniami z jednostki niezależnej?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 6**

#### **Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim o grubości na palcu 0,10mm ( $\pm 0,01$  mm), dłoni 0,08mm ( $\pm 0,01$  mm), i mankiecie 0,06mm ( $\pm 0,01$  mm)?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 7**

#### **Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 240mm?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 8**

#### **Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z teksturą na końcach palców?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9****Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm ( $\pm 0,01$  mm) , dłoni 0,07mm ( $\pm 0,01$  mm), na mankiecie 0,06 mm ( $\pm 0,01$  mm), w opakowaniach 250 szt. (XS-L), 240 szt. (XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz wyceną za 20 opakowań?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10****Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 11****Pakiet 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z teksturą tylko na palcach, o grubości na palcu 0,16 +/- 0,02mm, dłoni 0,09 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,08 +/- 0,02mm, długości 290 mm, AQL 1,5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12****Pakiet 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 4 rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe grubość na palcu 0.20-0.21 mm, na dłoni 0.18-0.19 mm posiadające lepszy niższy poziom AQL 0,65, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13****Pakiet 2 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 oczekuje rękawic w opakowaniach a'100 sztuk czy a'200 sztuk?

**Odp.:** W pakiecie nr 2 - pozycja nr 1 - zamawiający oczekuje rękawic, pakowanych po 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza inne opakowania zbiorcze, z przeliczeniem ilości opakowań max/ rok.