

Świętochłowice 05.03.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięż, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, znak sprawy 2/ZA/19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Pakiet 1. Defibrylatory.

Ad. Pkt.8 . - Żywotność akumulatora min. 4 lata.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem litowo-jonowym, którego trwałość wynosi około 3 lat?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego akumulatora do każdego defibrylatora w przypadku dopuszczenia akumulatora litowo – jonowego, którego trwałość wynosi około 3 lat?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie 3

Ad. pkt.27. - Tryby EKG min.: kończyny wg. Einthoven (bipolar) I, II, III, kończyny wg. Goldberger (unipolar) aVR, aVL, aVF, klatka piersiowa wg. Wilson (unipolar) V, V1, V2, V3.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z trybem monitorowania EKG kończynowego z odczytami z odprowadzeń I, II lub III gdzie zapis uzyskiwany jest za pomocą 3-odprowadzeniowego kabla EKG i oddzielnych elektrod defibrylacyjnych lub przy użyciu 5-odprowadzeniowego kabla EKG można również uzyskać odczyty z odprowadzeń aVR, aVL, aVF i V.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Ad. pkt. 31 - Port pamięci przenośnej, port dla kart SD lub równoważnych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści defibrylator z portem USB.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Ad. pkt. 32 - Komunikacja min. WLAN

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści defibrylator wyposażony w port LAN, bez komunikacji WLAN.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Dotyczy: Pakiet 1-Defibrylatory

Pytanie 6

Pozycja nr 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas pracy na zasilaniu akumulatorowym to 5 godzin monitorowania lub 95 defibrylacji z maksymalną energią?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Pozycja nr 15 - Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z manualną aktywacją trybu defibrylacji synchronicznej (kardiowersji)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Pozycja nr 18 - Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego zakres energii w trybie manualnym wynosi od 5J do 360J?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Pozycja nr 19 - Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada 9 poziomów energii wyładowania do wyboru?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Pozycja nr 20 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na wykonanie wyłącznie defibrylacji zewnętrznej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Pozycja nr 21 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas ładowania do energii 200J wynosi do 6 sekund?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Pozycja nr 22 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego w trakcie defibrylacji synchronicznej maksymalny czas od chwili wykrycia załamka R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego wynosi mniej niż 60 ms?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Pozycja nr 23 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada możliwość defibrylacji dzieci wyłącznie w trybie manualnym za pomocą zintegrowanych łyżek dziecięcych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Pozycja nr 26 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością monitorowania 6-odprowadzeniowego EKG?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Pozycja nr 27 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitorowaniem EKG wg. metody: Eindhoven I, II, III, Goldberger avL, avR, aVF?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Pozycja nr 28 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie monitorujące częstość akcji serca od 30-300 uderzeń/min

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Pozycja nr 29 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym wykrywaniem zaburzeń rytmu serca bez i ze wskazaniem do defibrylacji?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Pozycja nr 30 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada 2 poziomy alarmowania (dźwiękowo i wizualnie)?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Pozycja nr 32 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez komunikacji bezprzewodowej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Pozycja nr 35 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, o przekątnej ekranu 5.7”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Pozycja nr 36 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które prezentuje 2 kanały EKG jednocześnie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu od zgłoszenia wynosił 72 godziny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuści, aby wykonawca przeprowadził bezpłatnie przegląd serwisowy, zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ NR 3 – System naświetlania noworodków:

Pytanie 24

Dot. PKT 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o następującej emisji światła:

- 816 cm²
- 396 cm²

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dot. PKT 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o następującym obszarze:

- a) 450 cm²
- b) 150 cm²

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dot. PKT 10 Czy Zamawiający dopuści lampę bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dot. PKT 13 Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z pkt. e, stojak nie jest przedmiotem zamówienia?

Odp.: Stojak nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 28

Dot. PKT 13 Czy z uwagi na opisany wymóg w pkt. e i d, Zamawiający dopuści lampę bez dodatkowej torby na źródło światła.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Czy Zamawiający oczekuje aby wyposażenie oferowanej lampy było kompatybilne (wzajemnie wymienne) z lampami znajdującymi się na oddziale?

Odp.: Tak

Pytanie 30

Czy z uwagi na specyfikę zabiegu jakim jest fototerapia, Zamawiający oczekuje aby oferowana lampa posiadała tryb odzwyczajania od fototerapii?

Odp.: Tak

Pytanie 31

Czy Zamawiający oczekuje aby zakupiona lampa posiadała min. 3 stopniową regulację intensywności?

Odp.: Tak

Pytanie 32

Czy Zamawiający oczekuje aby przewodu światłowodowy łączący matę z urządzeniem był zekranizowany tj. nie emitujący światła dostarczanego do maty?

Odp.: Tak

Pytanie 33

Dot. pakietu nr 2 pkt. 12 - Czy zamawiający dopuści urządzenie, które wykona 100 pomiarów bez konieczności ładowania akumulatora? W zestawie jest wygodna i bardzo praktyczna ładowarka w formie stacji dokującej.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 34

Dot. Pakietu nr 2 pkt. - Czy zamawiający dopuści urządzenie, które posiada pamięć 40 ostatnich pomiarów?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 35

Dot. Pakietu nr 2 pkt. 18 - Czy zamawiający będzie wymagał urządzenia, które nie będzie wymagało dodatkowych niezbędnych akcesoriów do wykonywania badań, co w sposób znaczący obniży koszty eksploatacji ? Urządzenie jednocześnie ma możliwość wykonywania badań z nakładkami jednopacjentowymi.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga

Pytanie 36

Dot. Pakietu nr 2 pkt. - Czy zamawiający będzie wymagał urządzenia, które pomiar poziomu bilirubiny wykonuje z małżowiny usznej pacjenta ? Pomiaru dokonuje się zakładając tzw. klips na ucho pacjenta minimalizując w ten sposób artefakty ruchowe zwiększając przez to dokładność pomiaru.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga

Dotyczy wzoru umowy**Pytanie 37**

Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1b) do 0,5% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1c) do 0,5% wartości towaru którego dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Prosimy Zamawiającego o naliczanie kar umownych zawartych w §5 ust. 1a) od wartości towaru którego dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Prosimy Zamawiającego o zmianę §3 ust 6 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzycelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu

wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Załącznik nr 1 - Pakiet nr 2 – Bilirubinometr bezinwazyjny.

pkt. Nr 18 - Czy Zamawiający dopuści miernik żółtaczkowy metodą pomiaru nieinwazyjną, który nie wymaga dodatkowych akcesoriów do wykonania pomiaru zgodnie z załączoną ulotką?

„...Miernik bilirubiny wyposażony jest w wielorazowa końcówkę pomiarową nie wymaga stosowania materiałów zużywalnych, które mogłyby generować dodatkowe koszty...”

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 43

Czy Zamawiający oczekuje i dopuszcza miernika żółtaczkowy, który jest wyposażony w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów, a dzięki funkcji przesyłania danych do szpitalnego systemu informatycznego ułatwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 44

PAKIET 3 pkt.5

Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem długości fali 450-480 nm?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza