Świętochłowice, 22.09.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na zakup 1 szt. ambulansu bariatrycznego z wyposażeniem, znak sprawy 25/ZA/20, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.09.2020 r., nr 581963-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniami, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1:
Czy zamwaiąjacy dopuści na zasadzie równoważności nosze elektryczno/hydrauliczne o nośności powyżej 300 kg przeznaczone do transportu pacjentów bariatrycznych spełniające wszystkie wymagną Normę 1865 dla Noszy beriatrycznych o następujacych parametrach:
Wykonane z materiału odpornego na korozje lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
Długość całkowita noszy 205 cm.
Szerokość całkowita noszy 58 cm.
Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.
Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm.
Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy.
Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście.
Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej.
Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie 36-105 cm.
Udźwig noszy powyżej 300 kg.
Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu
Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji.
Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min.
75 °
Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w
7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy
PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty)
Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce.
2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z przodu i z tyłu noszy)
3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne
Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.

Wyprofilowany materac mocowany na rzepy, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1.
Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy.
Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście.
Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze.
Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego.
System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania
Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi.
Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy.
Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu
Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta.
Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1.
Waga noszy 65 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną.
Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną.
Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji.
Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu.
W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie.
Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem).
Klasa szczelności noszy IPX6
Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C.
Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZOZ
Świętochłowice

Pytanie 2:
W związku z aktualnym okresem oczekiwania na dostawę wyposażenia medycznego, prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostawy wyposażonego ambulansu do 14.11.2020r.
Odpowiedź 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:
Z uwagi na procedury obowiązujące w spółce, prosimy o obniżenie kar umownych zaproponowanych we Wzorze Umowy do maksymalnej wysokości 0,2%. Pragniemy nadmienić, że negatywna odpowiedź na pytanie uniemożliwi nam złożenie oferty.
Odpowiedź 3:
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych do wysokości 0,2%.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegją zmianie.
W związku z wyjaśnieniami udzielanymi Wykonawcom Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowcach Sp. z o. o. informuje o zmianie terminu składania ofert na **25.09.2020 r. godz. 11:00.** W związku z powyższym termin otwarcia ofert zmieniony zostaje na **25.09.2020 r. godz. 11:30.**

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogumiła Wolny

Wiceprezes Zarządu
Ilona Tkocz-Furman

KIEROWNIK
SEKCJI ZAOPATRZENIA
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jacek Drążyk

Patrycja Dużenko